

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3566-86/3569-86

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА АСБЕСТА ХРИЗОТИЛОВОГО ТИПА А (комплект А-1/А-4)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации и поверки установок с диафрагмовыми гидроклассификаторами, служащих для испытания готовой продукции - асбеста хризотилового по ГОСТ 25984.1-83.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1989

**Описание СО:**

комплект включает 4 образца, СО изготовлены в виде измельченных волокон асбеста хризотилового, расфасованных в пластмассовые банки по 53 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИПРОЕКТАСБЕСТ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** использование государственных эталонов единиц величин

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля фракций асбеста, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------------	-----

A1-A4	Фракция	более 1.0 мм	1.1-64.5	%	0.8-1.0	A
A1-A4	Фракция	менее 0.14 мм	23.1-72.4	%	0.6-0.8	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.