

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3566-89П/3569-89П

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА АСБЕСТА ХРИЗОТИЛОВОГО ТИПА А (комплект А-1:А-4)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки установок с диафрагмовыми гидроклассификаторами и определения массовой доли фракций более 1.0 мм и менее 0.14 мм в асбесте, при испытании готовой продукции - асбеста хризотилового.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1994

Описание СО:

комплект включает 4 СО. СО изготовлены в виде измельченных волокон асбеста хризотилового (ГОСТ 12871-83Е), расфасованных в пластмассовые банки по 53 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИПРОЕКТАСБЕСТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля фракций асбеста, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

A1-A4	Фракция	более 1.0 мм	1 - 60	%	1	A
A1-A4	Фракция	менее 0.14 мм	45 - 80	%	1	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.