

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3588-86

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов измерений состава медного концентрата.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1996

Описание СО:

материал СО в виде порошка крупностью частиц 0.08 мм, расфасован в полиэтиленовые банки по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Монголия

Изготовитель(и):

ГУ ГМСГКЦИС МНР

ЦГЛ МГРПИ МНР

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cu	32.0	%	0.2	A
01	Mo	0.14	%	0.01	A

01	Se	0.0077	%	0.0004	A
01	Te	0.0008	%	0.0003	A
01	Ag	0.0066	%	0.0002	A
01	Fe	19.8	%	0.6	A
01	Zn	0.15	%	0.01	A
01	Pb	0.014	%	0.001	A
01	S	33.94	%	0.12	A
01	Au	(0.00001)	%		
01	Sb	(0.04)	%		
01	Zr	(0.004)	%		
01	SiO ₂	(6.0)	%		

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.