

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3645-87/3650-87

Количество СО в комплекте: 6

**Наименование СО:** СО МАССОВОЙ ДОЛИ СВИНЦА (комплект МДС)

**Назначение СО:**

СО предназначены для поверки рентгенорадиометрических скважинных приборов типа ПРС-1 или других с аналогичными параметрами, разработанными в соответствии с ГОСТ 22462-77 и ГОСТ 8.452-82.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1992

**Описание СО:**

СО изготовлены из эпоксидной смолы с наполнителем (кварцевый песок) в виде дисков диаметром 50 мм, толщиной 10 мм с выемкой на рабочей поверхности образца диаметром 30 мм, глубиной 8 мм. Комплект состоит из 10 образцов.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИГИК

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** расчетно-экспериментальный

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля свинца, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Pb	0.1001	%	0.0011	A

02	Pb	0.5006	%	0.0039	A
03	Pb	1.0011	%	0.0020	A
04	Pb	3.004	%	0.005	A
05	Pb	5.007	%	0.007	A
06	Pb	10.013	%	0.013	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.