

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3651-87

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО КОЭФФИЦИЕНТА ЯРКОСТИ И СВЕТОВОГО
КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ (СВЕТОРАСSEИВАЮЩЕЕ СТЕКЛО МАРКИ МС-20)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки светоизмерительных приборов типа АФМ, ФПИ, ФПЧ, ФМ--58, ФТИ, ФМШ-56.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1997

Описание СО:

материал СО изготовлен из светорассеивающего стекла марки МС-20 (ОСТ 3-3823-77). СО включает набор из двух пластинок (пластинки имеют форму восьмигранника с расстоянием между сторонами $(60,5 \pm 0,5)$ мм. Толщина пластинок (9 ± 1) мм. Каждая пластинка имеет две рабочие поверхности, одна из которых матовая, другая полированная.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

световой коэффициент отражения, отн. ед.; коэффициент яркости, отн. ед.

| | | | | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|---------|---------|-----|
| Индекс | Аттестованная | Влияющие | Аттестованное | Единица | Границы | *** |
|--------|---------------|----------|---------------|---------|---------|-----|

| СО | характеристика | величины | значение | величины | погрешности $\pm\delta^*$ | |
|----|--------------------------------|----------|-----------|----------|------------------------------|---|
| 01 | Коэффициент яркости | | 0.97 | отн. ед. | 1.0 | О |
| 01 | Световой коэффициент отражения | | 0.95-0.97 | отн. ед. | 0.7 | О |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.