

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3664-87/3667-87

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ ЦИНКА (комплект № 3а)

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации полярографических (вольтамперометрических) и спектрофотометрических приборов, а также для контроля правильности результатов анализа водных проб на содержание ионов цинка

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1996

**Описание СО:**

комплект состоит из 4 СО. СО изготовлены в виде водных растворов сернистого цинка (ГОСТ 4462-78), расфасованных по 20 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Грузия

**Изготовитель(и):**

НПО "ИСАРИ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

молярная концентрация ионов цинка, ммоль/дм<sup>3</sup>

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

	Zn (II) - ион	0.001-1.0	ммоль/дм <sup>3</sup>	1.0	О
--	---------------	-----------	-----------------------	-----	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.