

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3672-87/3675-87

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ МЕДИ (комплект № 9)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации полярографических (вольтамперометрических) и спектрофотометрических приборов, а также для контроля правильности результатов анализа водных проб на содержание ионов меди.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1996

Описание СО:

комплект состоит из четырех СО. СО изготовлены в виде водных растворов меди сернокислой (ГОСТ 4165-78), расфасованных в стеклянные ампулы по 20 см³.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация ионов меди, ммоль/дм³

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|

| | | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------------------|-----|---|
| | Сu (II) - ион | 0.001-1.0 | ммоль/дм ³ | 1.0 | О |
|--|---------------|-----------|-----------------------|-----|---|

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.