

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3676-87/3679-87

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ СВИНЦА  
(комплект № 10)

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации полярографических (вольтамперометрических) и спектрофотометрических приборов, а также для контроля правильности результатов анализа водных проб на содержание ионов свинца.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.11.1996

**Описание СО:**

комплект состоит из четырех СО. СО изготовлены в виде водных растворов азотнокислого свинца (ГОСТ 4236-77), расфасованных в стеклянные ампулы по 20 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Грузия

**Изготовитель(и):**

НПО "ИСАРИ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

молярная концентрация ионов свинца, ммоль/дм<sup>3</sup>

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

	Pb (II) - ион	0.001-1.0	ммоль/дм <sup>3</sup>	1.0	О
--	---------------	-----------	-----------------------	-----	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.