

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3706-87

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ (БУМАГА, ПРОПИТАННАЯ РАСТВОРОМ КРАСИТЕЛЯ) (комплект ПЭА)

Назначение СО:

СО предназначены для проведения периодических проверок фотоблоков фотоколориметрических газоанализаторов ФЛС1.107.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1994

Описание СО:

СО изготовлены в виде полоски (размером 120x15x0,15 мм) фильтровальной бумаги ФН (ГОСТ 12026-76), пропитанной раствором красителя (ТУ 6-09-1091-76).

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ТУЛ.Ф-Л ОКБА НПО "ХИМАВТОМАТИКА"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 7 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

коэффициент отражения, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Коэффициент		2-5	%	5	О

	отражения					
02	Коэффициент отражения		13-20	%	5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.