

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3707-87

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ (БУМАГА, ПРОПИТАННАЯ РАСТВОРОМ КРАСИТЕЛЯ) (комплект ПЭЕ)

**Назначение СО:**

СО предназначены для проведения периодических проверок фотоблоков фотоколориметрических газоанализаторов ФЛС1.101 Е.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1994

**Описание СО:**

каждый комплект состоит из двух образцов. СО изготовлены в виде полоски (размером 120x15x0,15 мм) фильтровальной бумаги ФН (ГОСТ 12026-76), пропитанной раствором красителя (ТУ 6-09-1091-76).

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ТУЛ.Ф-Л ОКБА НПО "ХИМАВТОМАТИКА"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 7 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

коэффициент отражения, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

01	Коэффициент отражения		7-13	%	5	О
02	Коэффициент отражения		32-42	%	5	О

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.