

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 39-70

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ (284-б)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки 33А по ТУ-1963 г.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1980

Описание СО:

материалом СО является трансформаторная сталь марки 33А по ТУ-1963 г. СО расфасован в склянки, снабженные этикетками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
284-б	C	0.053	%	0.001	A
284-б	Mn	0.080	%	0.002	A
284-б	Si	3.03	%	0.02	A

284-б	P	0.0097	%	0.0002	A
284-б	S	0.0035	%	0.0002	A
284-б	Cr	0.032	%	0.001	A
284-б	Ni	0.056	%	0.003	A
284-б	Cu	0.090	%	0.001	A
284-б	Al	0.0074	%	0.0006	A
284-б	N	0.013	%	0.0005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.