

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 43-70

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ДОЛОМИТА (60-г)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава доломита по ГОСТ 10375-63.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1980

Описание СО:

материалом СО является доломит металлургический по ГОСТ 10375-63. СО расфасован в склянки, снабженные этикетками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
60-г	SiO ₂	2.74	%	0.02	A
60-г	CaO	29.86	%	0.06	A
60-г	MgO	19.82	%	0.06	A

60-г	S	0.418	%	0.01	A
------	---	-------	---	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.