

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 460-74

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (289-а)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали легированной (ГОСТ 4543-71) в соответствии с ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12365-66.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.01.1984

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 4543-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 150 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
289-а	С	0.261	%	0.005	А
289-а	Mn	1.10	%	0.02	А

289-a	Si	0.319	%	0.011	A
289-a	P	0.023	%	0.001	A
289-a	S	0.008	%	0.001	A
289-a	Cr	1.13	%	0.01	A
289-a	Ni	0.142	%	0.006	A
289-a	Mo	0.220	%	0.003	A
289-a	Cu	0.141	%	0.004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.