

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 496-74

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ (260-а)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава высоколегированной стали (ГОСТ 5632-61) в соответствии с ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12365-66.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.02.1994

Описание СО:

материалом СО является сталь высоколегированная (ГОСТ 5632-61). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 125 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	С	0.425	%	0.004	А

01	Mn	6.86	%	0.02	A
01	Si	1.13	%	0.02	A
01	P	0.019	%	0.001	A
01	S	0.007	%	0.001	A
01	Cr	14.81	%	0.03	A
01	Ni	7.08	%	0.03	A
01	Mo	0.869	%	0.013	A
01	V	1.83	%	0.01	A
01	Cu	0.123	%	0.004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.