

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 509-74

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений теплоты сгорания органических соединений, содержащих углерод, водород, кислород методом сжигания

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.06.1984

**Описание СО:**

материалом СО является янтарная кислота, степень чистоты 100.00+/-0.03. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с притертыми крышками по 50 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

теплота сгорания, кДж/кг (приведенное к стандартным термодинамическим условиям сжигания)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Удельная теплота		12636.65	кДж/кг	2.36	А

	сгорания					
--	----------	--	--	--	--	--

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.