

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 51-70

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАНДИЯ (77-г)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава феррованадия марки Vg-1 по ГОСТ 4760-49.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1980

Описание СО:

материалом СО является феррованадий марки Vg-1 по ГОСТ 4760-49. СО расфасован в склянки, снабженные этикетками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
77-г	Mn	2.086	%	0.014	A
77-г	Cr	1.428	%	0.022	A
77-г	V	51.25	%	0.08	A

77-Г	P	0.082	%	0.002	A
77-Г	C	0.708	%	0.015	A
77-Г	Si	1.798	%	0.013	A
77-Г	S	0.0178	%	0.001	A
77-Г	As	0.0147	%	0.0015	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.