

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 518-74

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И НАТРИЯ ТЕТРАБОРНОКИСЛОГО
ДЛЯ ПОВЕРКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ТИТРАТОРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Назначение СО:

СО предназначены для метрологической аттестации лабораторных титраторов общего назначения на реакции нейтрализации при проведении государственных приемочных и контрольных испытаний.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1984

Описание СО:

СО состоит из двух запаянных стеклянных ампул поверочного фиксана: соляной кислоты и тетраборнокислого натрия.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

объем натрия тетраборнокислого, израсходованный на достижение точки эквивалентности при титровании, мл

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

	Объем		10.00	мл	0.02	A
--	-------	--	-------	----	------	---

* при доверительной вероятности 0.99

*** A - абсолютная, O - относительная.