

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 524-74

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО ВАНАДИЕВОГО (357)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугуна передельного ванадиевого в соответствии с ГОСТ 2331-63, ГОСТ 11655-65 - ГОСТ 11661-65.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.03.1994

**Описание СО:**

материалом СО является чугун передельный ванадиевый. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 100 г с плотно закрывающимися крышками.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
357	С	3.72	%	0.02	А

357	Mn	0.378	%	0.006	A
357	Si	0.325	%	0.008	A
357	P	0.081	%	0.001	A
357	S	0.065	%	0.002	A
357	Cr	0.245	%	0.006	A
357	Ni	0.124	%	0.005	A
357	Ti	0.106	%	0.006	A
357	V	0.439	%	0.009	A
357	Cu	0.128	%	0.004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.