

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 529-74

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ КВАРЦЕВОГО
ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА МАРКИ КВ

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности работы средств измерений теплоемкости веществ; для применения в качестве образца сравнения в приборах, основанных на методах сравнительных измерений.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1999

Описание СО:

СО изготовлен из кварцевого оптического прозрачного стекла марки КВ, соответствующего требованиям ГОСТ 15130-69. СО поставляют в виде заготовок, из которых может быть изготовлен образец требуемых размеров; в виде гранул требуемого размера, близких по форме к кубической или шаровой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная теплоемкость, Дж/кг*К, при постоянном (нормальном) давлении в интервале температур от 90 К до 600 К

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Удельная теплоемкость	интервал температур от 90 К до 600 К	14.06-1019.7	Дж/кг*К	0.4	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.