

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 53-70

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РУДЫ КРИВОРОЖСКОЙ (Зд)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава руды криворожской.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1980

Описание СО:

материалом СО является криворожская железосодержащая руда. СО расфасован в склянки, снабженные этикетками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Зд	Fe	56.19	%	0.05	A
Зд	Fe ₃ O ₄	0.860	%	0.015	A
Зд	SiO ₂	17.52	%	0.05	A

Зд	Al ₂ O ₃	1.07	%	0.02	A
Зд	MnO	0.061	%	0.002	A
Зд	P	0.025	%	0.001	A
Зд	S	0.0082	%	0.0006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.