

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 556-74/559-74

Количество СО в комплекте: 5

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ТИПА ВТ1-1 (комплект 134)

**Назначение СО:**

СО предназначены для спектрального анализа состава титанового сплава типа ВТ 1-1 на содержание азота.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.09.1984

**Описание СО:**

материалом СО является титановый сплав типа ВТ 1-1. Комплект включает 4 СО, изготовленных в виде цилиндров диаметром 24 мм и высотой 19 мм, упакованных в коробку.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание азота, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	N	0.014	%	0.001	A

02	N	0.034	%	0.002	A
03	N	0.077	%	0.004	A
04	N	0.094	%	0.003	A
05	N	0.270	%	0.006	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.