

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 567-74

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО II РАЗРЯДА СВЕТОВОГО ВЫХОДА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ
ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛА CsI (Na)

Назначение СО:

СО предназначен для передачи размера условной единицы светового выхода
сцинтилляционных детекторов стандартным образцам III разряда на основе
монокристаллов CsI (Na).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1984

Описание СО:

СО представляет собой сцинтилляционный детектор на основе монокристалла CsI
(Na), размерами - диаметр 40 мм, высота 40 мм, в алюминиевом контейнере с отражателем
из окиси магния, упакованный без оптического контакта со стеклянным выходным окном.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: сравнение со стандартным образцом

Срок годности экземпляра СО: ежегодная аттестация

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

световой выход, условная единица

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

	Световой выход		2.08	усл. ед.	0.05	А
--	----------------	--	------	----------	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.