

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 589-74/605-74

Количество СО в комплекте: 9

Наименование СО: СО СОСТАВА СМЕСЕЙ ОКИСЛОВ ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ
(комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для контроля процесса разделения, а также для анализа готовой продукции гафния и циркония ТУ 48-4-176-72, ТУ 48-4-201-72, ТУ 48-4-202-72, ЦМТУ 05-190-69.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.11.1984

Описание СО:

комплект поставляется в пластмассовых коробках (с соответствующими надписями) в которых образцы размещены в стеклянных емкостях.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ИОНХ АН УССР

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	ZrO ₂	0.26	%	0.01	A

02	ZrO2	0.50	%	0.02	A
03	ZrO2	1.0	%	0.1	A
04	ZrO2	2.5	%	0.1	A
05	ZrO2	5.0	%	0.1	A
06	ZrO2	10.0	%	0.3	A
07	ZrO2	20.0	%	0.5	A
08	ZrO2	35.0	%	0.6	A
09	ZrO2	50.0	%	0.3	A
10	HfO2	35.0	%	0.7	A
11	HfO2	20.0	%	0.6	A
12	HfO2	10.0	%	0.5	A
13	HfO2	5.0	%	0.1	A
14	HfO2	2.5	%	0.1	A
15	HfO2	1.0	%	0.1	A
16	HfO2	0.50	%	0.02	A
17	HfO2	0.27	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.