

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6-70/9-70

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ХРОМОАЛЮМИНИЕВЫХ (комплект 80)
Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа сталей хромоалюминиевых типа ОХ27Ю5А по ГОСТ 12766-67.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1980

Описание СО:

СО изготовлены из стали хромоалюминиевой типа ОХ27Ю5А по ГОСТ 12766-67. Комплект включает 4 СО, упакованных в коробку поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cr	(26.0)	%		
02	Cr	(25.95)	%		
03	Cr	(26.24)	%		

04	Cr	(26.08)	%		
01	C	(0.02)	%		
02	C	(0.02)	%		
03	C	(0.02)	%		
04	C	(0.02)	%		
01	Mn	0.624	%	0.004	A
02	Mn	0.551	%	0.003	A
03	Mn	0.321	%	0.003	A
04	Mn	0.111	%	0.001	A
01	Si	0.720	%	0.004	A
02	Si	0.399	%	0.004	A
03	Si	0.575	%	0.004	A
04	Si	0.200	%	0.002	A
01	Ni	0.750	%	0.006	A
02	Ni	0.603	%	0.006	A
03	Ni	0.293	%	0.003	A
04	Ni	0.197	%	0.003	A
01	Al	3.92	%	0.02	A
02	Al	4.77	%	0.03	A
03	Al	5.86	%	0.01	A
04	Al	7.00	%	0.03	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.