

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 67-70

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ (20-у)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки Ст40 по ГОСТ 1050-60.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь марки Ст40 по ГОСТ 1050-60. СО расфасован в склянки, снабженные этикетками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
20-у	C	0.427	%	0.004	A
20-у	Mn	0.580	%	0.003	A
20-у	Si	0.249	%	0.004	A

20-y	P	0.0151	%	0.0004	A
20-y	S	0.0260	%	0.0004	A
20-y	Cr	0.180	%	0.002	A
20-y	Ni	0.103	%	0.003	A
20-y	Cu	0.156	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.