

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 68-70

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ХРОМОВОЛЬФРАМОВОЙ (129-в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки 4Х8В2 по ГОСТ 5950-63.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1980

Описание СО:

материалом СО является сталь марки 4Х8В2 по ГОСТ 5950-63. СО расфасован в склянки, снабженные этикетками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
129-в	C	0.377	%	0.005	A
129-в	Mn	0.304	%	0.005	A
129-в	Si	0.226	%	0.004	A

129-В	P	0.021	%	0.001	A
129-В	S	0.0089	%	0.0008	A
129-В	Cr	7.77	%	0.02	A
129-В	Ni	0.245	%	0.004	A
129-В	W	2.41	%	0.03	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.