

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 68-75

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (129-г)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали легированной ГОСТ 5950-63.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.03.1995

**Описание СО:**

материалом СО является сталь легированная ГОСТ 5950-63. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 200 г с плотно закрывающимися крышками.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элемента, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
129-г	С	0.414	%	0.003	А
129-г	Mn	0.291	%	0.005	А

129-г	Si	0.322	%	0.005	A
129-г	P	0.023	%	0.001	A
129-г	S	0.0087	%	0.0002	A
129-г	Cr	7.74	%	0.01	A
129-г	Ni	0.240	%	0.005	A
129-г	W	2.27	%	0.02	A
129-г	Cu	0.181	%	0.005	A
129-г	N	0.024	%	0.001	A
129-г	Mo	0.088	%	0.006	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.