

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 686-75

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО ФОСФОРИСТОГО С МЫШЬЯКОМ (64-В)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугуна передельного фосфористого с мышьяком (ГОСТ 805-69).

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.02.1995

**Описание СО:**

материалом СО является чугун передельный фосфористый с мышьяком (ГОСТ 805-69). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 200 г с плотно закрывающимися крышками.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
64-В	Mn	1.78	%	0.01	A

64-в	Si	1.23	%	0.01	A
64-в	P	1.17	%	0.01	A
64-в	S	0.040	%	0.001	A
64-в	As	0.13	%	0.01	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.