

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 695-90П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УГЛА СРЕЗА (КВАРЦ С) ПЕРВОГО РАЗРЯДА

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации образцовой рентгеновской аппаратуры 1-го разряда и аттестации стандартных образцов угла среза 2-го и 3-го разрядов методом прямых измерений.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2000

Описание СО:

СО изготовлен из синтетического кварца (ТУ 41-07-10-90) в виде пластин размерами (22,00x22,00x4,07) мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИ "ФОНОН"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

угол среза, ZZ'c

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
	Угол среза		-38 градусов 12		< 2	A

			минут 50 секунд			
--	--	--	-----------------	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.