

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 696-90П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО УГЛА СРЕЗА (КВАРЦ С) ВТОРОГО РАЗРЯДА

**Назначение СО:**

СО предназначен для поверки рентгеновской аппаратуры и контроля правильности результатов юстировки нуля шкалы образца пьезогониометров, рентгендифрактометров, рентгеновских компараторов и аттестации СО 3-го разряда.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен из синтетического кварца (ТУ 41-07-10-90) в виде пластин размерами (22,02x22,02x4,07) мм

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
НИИ "ФОНОН"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

угол среза, ZZ'с.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Угол среза		-38 градусов 12		< 4	А

			минут 10 секунд			
--	--	--	-----------------	--	--	--

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.