

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 697-90П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УГЛА СРЕЗА (КВАРЦ С) ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов юстировки нуля шкалы образца рабочих пьезогониометров и проверки соответствия нормальным условиям рентгендифракционных измерений по РД 11.712.801-81.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1996

Описание СО:

СО изготовлен из синтетического кварца (ТУ 41-07-10-90) в виде пластин размерами (21,95x21,99x4,27) мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИ "ФОНОН"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

угол среза, ZZ'с.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Угол среза		-51 градусов 30		< 6	А

			минут 16 секунд			
--	--	--	-----------------	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.