

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 700-75

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (209-В)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали легированной по ЧМТУ 1-950-70 в соответствии с ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12355-66.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.04.1995

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная по ЧМТУ 1-950-70. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 200 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
209-В	С	0.144	%	0.005	А
209-В	Mn	0.459	%	0.004	А

209-В	Si	0.30	%	0.01	A
209-В	P	0.008	%	0.001	A
209-В	S	0.0067	%	0.0005	A
209-В	Cr	0.494	%	0.004	A
209-В	Ni	1.85	%	0.01	A
209-В	Cu	0.141	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.