

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 702-75/705-75

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА ЭП 375 (комплект 124)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа сплава типа ЭП 375 (ЧМТУ ЦНИИЧМ 692-62).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.04.1995

Описание СО:

материалом СО является сплав типа ЭП 375 (ЧМТУ ЦНИИЧМ 692-62). Комплект включает 4 СО, изготовленных в виде цилиндров высотой 37 мм и диаметром 34 мм, упакованных в коробку.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
04	Si	(1.17)	%		
01	C	(0.04)	%		

02	C	(0.05)	%		
03	C	(0.05)	%		
04	C	(0.04)	%		
01	Si	0.37	%	0.01	A
02	Si	0.55	%	0.02	A
03	Si	0.79	%	0.01	A
01	Mn	1.20	%	0.01	A
02	Mn	0.76	%	0.01	A
03	Mn	0.48	%	0.01	A
04	Mn	0.28	%	0.01	A
01	Cr	11.30	%	0.04	A
02	Cr	13.66	%	0.03	A
03	Cr	16.17	%	0.06	A
04	Cr	18.25	%	0.06	A
01	W	2.25	%	0.04	A
02	W	3.27	%	0.04	A
03	W	4.28	%	0.06	A
04	W	5.31	%	0.04	A
01	V	0.079	%	0.003	A
02	V	0.17	%	0.01	A
03	V	0.30	%	0.01	A
04	V	0.43	%	0.01	A
01	Mo	18.24	%	0.10	A
02	Mo	16.29	%	0.10	A
03	Mo	13.53	%	0.09	A
04	Mo	11.05	%	0.08	A
01	Fe	9.19	%	0.06	A
02	Fe	6.24	%	0.08	A
03	Fe	3.86	%	0.04	A
04	Fe	2.26	%	0.04	A
01	Co	0.51	%	0.01	A
02	Co	1.58	%	0.02	A
03	Co	2.69	%	0.04	A
04	Co	3.38	%	0.04	A
01	Cu	0.293	%	0.007	A
02	Cu	0.203	%	0.005	A
03	Cu	0.136	%	0.007	A
04	Cu	0.068	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.