

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 716-90П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА ХВ4Ф (С186)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа легированных сталей (ГОСТ 5950-73).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен из стали легированной типа ХВ4Ф в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	As	(0.006)	%		
01	Ti	(0.003)	%		
01	C	1.412	%	0.005	A

01	Si	0.238	%	0.003	A
01	Mn	0.198	%	0.003	A
01	Cr	0.546	%	0.004	A
01	Ni	0.192	%	0.002	A
01	W	4.57	%	0.02	A
01	V	0.258	%	0.004	A
01	Cu	0.141	%	0.002	A
01	S	0.0123	%	0.0004	A
01	P	0.0180	%	0.0005	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.