

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 726-75

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО III РАЗРЯДА СВЕТОВОГО ВЫХОДА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛА NaI (Tl)

Назначение СО:

СО предназначен для передачи размера условной единицы светового выхода сцинтилляционных детекторов стандартным образцам IV разряда на основе монокристаллов NaI (Tl).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1985

Описание СО:

СО представляет собой сцинтилляционный детектор на основе монокристалла NaI (Tl), размерами - диаметр 150 мм, высота 100 мм, в алюминиевом контейнере с отражателем из окиси магния, упакованный в оптическом контакте со стеклянным выходным окном. Маркировка детектора : Ц-608-72.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: ежегодная аттестация

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

световой выход, усл.ед.

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
	Световой выход		3.0	усл. ед.	0.2	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.