

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 731-75

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ГЕМИГЛОБИНЦИАНИДА

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуирования фотоэлектроколориметров при определении содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.10.1976

**Описание СО:**

СО поставляют в запаянных ампулах емкостью 10 мл, упакованных в коробку по 6 штук.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 1,5 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание гемоглобина, мг/100 мл

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Гемоглобин	65.59	мг/100 мл	0.77	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.