

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 734-75/738-75

Количество СО в комплекте: 5

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ТИПА ВНЛ-6, ВНЛ-3 (комплект)

**Назначение СО:**

СО предназначены для спектрального анализа стали типа ВНЛ-6, ВНЛ-3 (ОСТ-1-90090-73).

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.12.1994

**Описание СО:**

материалом СО является сталь типа ВНЛ-6, ВНЛ-3 (ОСТ-1-90090-73). Комплект включает 5 СО, изготовленных в виде стержней длиной 93 мм, диаметром 12 мм, упакованных в коробку.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВИАМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
02	Mn	(0.65)	%		
01	Cr	12.83	%	0.06	A

02	Cr	9.98	%	0.06	A
03	Cr	13.66	%	0.05	A
04	Cr	16.24	%	0.05	A
05	Cr	11.43	%	0.02	A
01	Ni	5.89	%	0.06	A
02	Ni	4.08	%	0.05	A
03	Ni	5.04	%	0.05	A
04	Ni	3.19	%	0.05	A
05	Ni	7.46	%	0.11	A
01	Co	8.51	%	0.05	A
02	Co	11.93	%	0.12	A
04	Co	10.0	%	0.04	A
05	Co	6.56	%	0.06	A
01	Mo	4.46	%	0.12	A
02	Mo	6.56	%	0.05	A
03	Mo	2.09	%	0.05	A
04	Mo	1.55	%	0.05	A
05	Mo	1.24	%	0.04	A
01	Mn	0.53	%	0.04	A
03	Mn	1.22	%	0.02	A
04	Mn	0.56	%	0.06	A
05	Mn	1.05	%	0.05	A
01	Si	0.37	%	0.04	A
02	Si	0.26	%	0.02	A
03	Si	0.83	%	0.04	A
04	Si	0.50	%	0.02	A
05	Si	0.96	%	0.03	A
03	Cu	1.41	%	0.03	A
04	Cu	1.0	%	0.03	A
05	Cu	2.24	%	0.05	A
03	Nb	0.165	%	0.017	A
04	Nb	0.074	%	0.007	A
05	Nb	0.106	%	0.012	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.