

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 739-76

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО ДЛЯ ПОВЕРКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ТИТРАТОРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ХРОМАТОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Назначение СО:

СО предназначены для поверки лабораторных титраторов общего назначения на хроматометрической реакции.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1981

Описание СО:

комплект состоит из двух запаянных стеклянных ампул поверочного стандарт-титра соли Мора и калия двуххромовокислого, помещенных в неактивную упаковку.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

объем раствора калия двуххромовокислого (мл), расходуемый на достижение точки эквивалентности при титровании 10.00 мл раствора соли Мора

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

	Объем		10.00	мл	0.03	А
--	-------	--	-------	----	------	---

* при доверительной вероятности 0.99

*** А - абсолютная, О - относительная.