

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 753-75/757-75

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА СПЛАВА ВЖЛ12У (комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа сплавов ВЖЛ12У и ВЖЛ12 (АМТУ 563-71).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1994

Описание СО:

материалом СО является сплав ВЖЛ12У и ВЖЛ12 (АМТУ 563-71). Комплект включает 5 СО, изготовленных в виде стержней длиной 128 мм, диаметром 10 мм, упакованных в коробку.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВИАМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
04	Al	(3.67)	%		
04	V	(1.64)	%		

01	Zr	(0.0076)	%		
02	Zr	(0.07)	%		
03	Zr	(0.14)	%		
04	Zr	(0.048)	%		
05	Zr	(0.022)	%		
01	Al	4.33	%	0.06	A
02	Al	7.46	%	0.08	A
03	Al	6.05	%	0.12	A
05	Al	3.74	%	0.05	A
01	Ti	7.06	%	0.12	A
02	Ti	5.55	%	0.14	A
03	Ti	4.0	%	0.06	A
04	Ti	3.22	%	0.06	A
05	Ti	4.55	%	0.08	A
01	V	0.23	%	0.01	A
02	V	0.44	%	0.03	A
03	V	0.78	%	0.04	A
01	W	2.34	%	0.04	A
02	W	1.11	%	0.03	A
03	W	1.50	%	0.04	A
04	W	0.84	%	0.08	A
01	Co	9.14	%	0.08	A
02	Co	10.35	%	0.09	A
03	Co	12.38	%	0.20	A
04	Co	17.26	%	0.24	A
05	Co	14.40	%	0.19	A
01	Cr	13.65	%	0.08	A
02	Cr	11.32	%	0.10	A
03	Cr	7.54	%	0.10	A
04	Cr	6.21	%	0.12	A
05	Cr	9.39	%	0.15	A
01	Nb	0.25	%	0.02	A
02	Nb	1.10	%	0.02	A
03	Nb	0.45	%	0.02	A
04	Nb	2.08	%	0.02	A
05	Nb	0.72	%	0.03	A
01	Mo	1.55	%	0.04	A
02	Mo	1.97	%	0.04	A
03	Mo	2.46	%	0.05	A
04	Mo	4.25	%	0.04	A
05	Mo	2.95	%	0.09	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.