

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 804-75

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МАРКИ "К"

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений галургического сырья и продукции.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.12.1977

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде порошка калия хлористого технического марки Ф, расфасованного по 400 г в полиэтиленовую тару с плотно завинчивающейся крышкой и внутренней полиэтиленовой прокладкой. Пространство между крышкой и прокладкой заполнено силикагелем, который подлежит периодической замене по мере утраты влагопоглощающего свойства.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 2 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
	KCl	96.9	%	0.5	A
	NaCl	2.9	%	0.1	A
	Br	0.10	%	0.02	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.