

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 81-75

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ШАМОТА (55-в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава шамота по ГОСТ 390-69.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1977

Описание СО:

материалом СО является шамот по ГОСТ 390-69. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 100 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
55-в	SiO ₂	59.35	%	0.12	A
55-в	Fe ₂ O ₃	1.39	%	0.03	A
55-в	Al ₂ O ₃	37.22	%	0.20	A

55-В	MnO	0.018	%	0.002	A
55-В	TiO ₂	1.16	%	0.03	A
55-В	CaO	0.212	%	0.012	A
55-В	K ₂ O	0.62	%	0.02	A
55-В	Na ₂ O	0.18	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.