

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 846-76

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (С20)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали (ГОСТ 4543-71).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.01.1996

**Описание СО:**

материалом СО является легированная сталь (ГОСТ 4543-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
С20	С	0.324	%	0.002	А
С20	Mn	0.478	%	0.002	А

C20	Si	0.368	%	0.002	A
C20	P	0.015	%	0.001	A
C20	S	0.0080	%	0.0001	A
C20	Cr	1.69	%	0.01	A
C20	Ni	1.57	%	0.01	A
C20	W	1.48	%	0.01	A
C20	V	0.222	%	0.002	A
C20	Cu	0.148	%	0.001	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.