

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 847-90П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 12Х18Н9Т (С38В)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа легированных сталей (ГОСТ 5632-72).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.2000

Описание СО:

СО изготовлен из стали легированной типа 12Х18Н9Т в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	As	(<0.005)	%		
01	C	0.054	%	0.001	A
01	Si	0.682	%	0.004	A

01	Mn	0.738	%	0.005	A
01	Cr	17.59	%	0.02	A
01	Ni	8.76	%	0.01	A
01	Ti	0.532	%	0.004	A
01	Cu	0.157	%	0.002	A
01	S	0.0031	%	0.0002	A
01	P	0.0137	%	0.0004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.