

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 848-76

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (247В)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали (ГОСТ 5950-73).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1990

Описание СО:

материалом СО является легированная сталь (ГОСТ 5950-73). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
247В	С	1.29	%	0.01	А
247В	Mn	0.36	%	0.01	А

247В	Si	0.233	%	0.004	A
247В	P	0.020	%	0.001	A
247В	S	0.008	%	0.001	A
247В	Cr	11.82	%	0.05	A
247В	Ni	0.273	%	0.005	A
247В	V	0.77	%	0.01	A
247В	Cu	0.144	%	0.006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.