

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 861-76/867-76

Количество СО в комплекте: 7

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УГЛЕРОДА В
УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ (серия 1С)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава углеродистых и низколегированных сталей на содержание углерода.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1985

Описание СО:

комплект включает 7 СО, изготовленных в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание углерода, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
1С1	С	0.0041	%	0.0003	А
1С2	С	0.0126	%	0.0005	А

1C3	С	0.036	%	0.001	А
1C4	С	0.084	%	0.001	А
1C5	С	0.212	%	0.002	А
1C6	С	0.566	%	0.003	А
1C7	С	0.926	%	0.004	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.