

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 888-91П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 10864-ВД (С2В)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава углеродистой стали (ТУ 14-1-1683-76).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.2001

**Описание СО:**

материалом СО является углеродистая сталь (ТУ 14-1-1683-76). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	0.0080	%	0.0003	A
01	Si	0.048	%	0.001	A

01	Mn	0.033	%	0.001	A
01	Cr	0.067	%	0.001	A
01	Ni	0.164	%	0.002	A
01	Mo	0.0085	%	0.0004	A
01	Cu	0.100	%	0.001	A
01	Al	0.102	%	0.001	A
01	S	0.0109	%	0.0003	A
01	P	0.0079	%	0.0003	A
01	As	0.0139	%	0.0006	A
01	N	0.0047	%	0.0002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.