

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 889-76

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (446)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали (ГОСТ 4543-71).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.02.1996

Описание СО:

материалом СО является легированная сталь (ГОСТ 4543-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| 446 | C | 0.371 | % | 0.004 | A |
| 446 | Mn | 1.04 | % | 0.01 | A |

| | | | | | |
|-----|----|--------|---|--------|---|
| 446 | Si | 1.36 | % | 0.01 | A |
| 446 | P | 0.019 | % | 0.001 | A |
| 446 | S | 0.0202 | % | 0.0005 | A |
| 446 | Cr | 1.268 | % | 0.004 | A |
| 446 | Ni | 0.094 | % | 0.004 | A |
| 446 | Cu | 0.141 | % | 0.002 | A |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.