

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 904-76/909-76

Количество СО в комплекте: 6

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СПЛАВА ТИПА ВМЛ-7У (комплект 1-6)

**Назначение СО:**

СО предназначены для спектрального анализа сплава типа ВМЛ-7У на содержание алюминия, циркония, иттрия, неодима, цинка.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1990

**Описание СО:**

комплект включает 6 СО, материалом СО является сплав типа ВМЛ-7У. СО изготовлены в виде стержней длиной 100 мм и диаметром 8 мм, упакованных в тару из оргстекла.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Куйбышевский ф-л ВИАМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Al	(0.40)	%		
05	Al	(0.11)	%		

06	Zr	(0.22)	%		
03	Zn	(1.30)	%		
01	Zr	0.0022	%	0.0003	A
02	Zr	0.53	%	0.03	A
03	Zr	0.64	%	0.01	A
04	Zr	0.46	%	0.01	A
05	Zr	0.023	%	0.002	A
01	Y	1.75	%	0.07	A
02	Y	1.98	%	0.07	A
03	Y	0.99	%	0.03	A
04	Y	1.49	%	0.02	A
05	Y	1.36	%	0.05	A
06	Y	1.61	%	0.08	A
01	Nd	2.78	%	0.05	A
02	Nd	1.83	%	0.08	A
03	Nd	2.20	%	0.05	A
04	Nd	2.21	%	0.04	A
05	Nd	2.22	%	0.08	A
06	Nd	2.19	%	0.08	A
01	Zn	0.55	%	0.02	A
02	Zn	0.14	%	0.01	A
05	Zn	1.00	%	0.01	A
04	Zn	0.28	%	0.02	A
06	Zn	0.28	%	0.02	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.