

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 910-76/915-76

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРЕМНИЯ В СТАЛЯХ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ И НИОБИЕМ (серия 5С)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава сталей, не легированных вольфрамом и ниобием, на содержание кремния.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.02.1986

Описание СО:

Комплект включает 6 СО, материалом СО является сталь, не легированная вольфрамом и ниобием. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание кремния, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
5C1	Si	0.060	%	0.001	A

5C2	Si	0.093	%	0.002	A
5C3	Si	0.243	%	0.003	A
5C4	Si	0.809	%	0.005	A
5C5	Si	1.71	%	0.01	A
5C6	Si	2.57	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.