

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 919-76

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ (У1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава углеродистой стали (ГОСТ 1050-74).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.02.1986

Описание СО:

материалом СО является углеродистая сталь (ГОСТ 1050-74). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
У1	С	0.083	%	0.003	А
У1	Mn	0.480	%	0.005	А

У1	Si	0.262	%	0.005	A
У1	P	0.0103	%	0.0004	A
У1	S	0.026	%	0.001	A
У1	Cr	0.110	%	0.005	A
У1	Ni	0.17	%	0.01	A
У1	Cu	0.019	%	0.01	A
У1	N	0.0045	%	0.0004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.